



29 octobre 2002

Retrait du lot KA-03 du dispositif PICO 70 - seringue avec aiguille pour prélèvement artériel - référence 956-547 de la société RADIOMETER.

La société **RADIOMETER retire du marché** le **lot KA-03** du dispositif médical dénommé **PICO 70** - seringue avec aiguille pour prélèvement artériel - référence 956-547, suite à la possibilité d'emballage individuel défectueux pour certaines seringues de ce lot.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>