



19 avril 2004

## Rappel de sondes de Grasset AC6507 lot 03101443 société PORGES

L'AFSSAPS a été informée d'un rappel de sondes vésicales de Grasset AC6507 lot 03101443 effectué par la société PORGES le 19 mars 2004 suite à une non-conformité de la résistance à la traction.

Les établissements de santé concernés par le rappel en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#).

Les autres autorités compétentes européennes ne sont pas concernées par ce rappel.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.materiovigilance.org>