



28 juillet 2005

## **Information concernant des cycleurs de dialyse péritonéale Homechoice & Homechoice Pro - Baxter**

En accord avec l'AFSSAPS, la société Baxter a envoyé le 25 juillet 2005, aux structures de dialyse péritonéale assurant le suivi de patients traités sur cycleurs Homechoice ou Homechoice Pro, une information concernant un risque de choc électrique lors de l'utilisation de ces appareils.

Les établissements de santé et structures concernés ont reçu le courrier [ci-joint](#) à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services de néphrologie et de dialyse.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par Baxter

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.materiovigilance.org>