



19 décembre 2005

Information sur les générateurs de dialyse Accura, Baxter

En accord avec l'AFSSAPS, la société Baxter a informé, le 16 décembre 2005, les utilisateurs de générateurs de dialyse Accura de recommandations relatives à leur utilisation en cas d'échec de l'autotest et d'apparition d'alarme de peson sans raison évidente.

Les établissements de santé concernés en France par cette information, ont reçu le courrier **ci-joint** à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>