



9 mai 2007

Recommandations concernant les lève-malades Medi Maxi et Medi Transfert - MEDICATLANTIC

En accord avec l'AFSSAPS, la société Médicatlantique a informé le 26 avril 2007 les utilisateurs de certains lève-malades Medi Maxi ou Medi Transfert équipés d'une unité de pesée d'une action corrective suite à un cas de chute d'un patient.

Les établissements de santé concernés par les recommandations, en France ont reçu le courrier [ci-joint](#) à l'attention du directeur d'établissement, ingénieur biomédical, correspondant de matériovigilance et chefs de service.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 54205

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>