



15 mai 2007

Information sur le système de stent carotidien NexStent et de pose Monorail de Boston Scientific

L'AFSSAPS a été informée par la société Boston de la diffusion d'une information sur le système de stent carotidien NexStent et de pose Monorail le 10/05/2007 suite à un risque de non-déploiement.

Les établissements de santé concernés par cette information, ont reçu le courrier [ci-joint](#).

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Cette information concerne les Directeurs d'établissements de santé, les correspondants locaux de matériovigilance et les pharmaciens pour diffusion aux services de médecine vasculaire interventionnelle .

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>