



2 juillet 2007

Information concernant les cassettes de pompes à perfusion Cadd - SMITHS MEDICAL

En accord avec l'AFSSAPS, la société Smiths Médical a informé le 29 juin 2007 les utilisateurs de pompes à perfusion ambulatoires Cadd de la nécessité de prise de précautions particulières dans l'utilisation de ces pompes suite à plusieurs cas de fuites rapportées au niveau de la poche interne de la cassette-réservoir.

Les prestataires et les établissements de santé concernés par ce rappel, en France ont reçu le courrier [ci-joint](#).

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'AFSSAPS

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>