



4 juillet 2007

## Information concernant les lits médicaux L2000, L5000 et L6000 - CORONA MEDICAL

L'AFSSAPS a été informée le 13 juin 2007 d'une information concernant les lits médicaux L2000, L5000 et L6000 diffusée par la société Corona à ses clients le 11 juin 2007 suite à un risque de descente brutale du lit.

Ce risque concerne les lits fabriqués entre le 10 et 29 avril 2007, suite à un défaut de soudure. Les établissements de santé concernés par cette information, en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#).

**Code nomenclature : 54102**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.materiovigilance.org>