



6 juillet 2007

## Information concernant le système d'imagerie embarquée pour la radiothérapie OBI CBCT - VARIAN

La société Varian a adressé le 27 juin 2007 aux utilisateurs du système d'imagerie embarquée OBI CBCT le courrier [ci-joint](#).

En complément l'AFSSAPS a envoyé aux établissements concernés un [questionnaire](#) afin de recueillir les résultats des contrôles d'exactitude préconisés par Varian.

Cette information concerne les Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services de radiothérapie.

Les autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

### Code nomenclature :

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.materiovigilance.org>