



10 juillet 2007

Information concernant des étriers pour lève-personnes - LIKO

En accord avec l'AFSSAPS, la société Liko a informé le 6 juillet 2007 les utilisateurs de lève-personnes Viking L et Viking M d'un risque de rupture de certains étriers (barre de préhension) universels.

La société procède à un échange des étriers concernés.

Les prestataires et établissements de santé concernés par les recommandations, en France ont reçu le courrier [ci-joint](#) à l'attention du directeur et correspondant de matériovigilance

Code nomenclature : 54205

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>