



20 juillet 2007

## Information concernant les laveurs désinfecteurs d'endoscopes ETD3 PLUS APA - Société Olympus

L'Afssaps a été informée de la diffusion le 17 juillet 2007 par la société Olympus d'une action corrective concernant les laveurs désinfecteurs à endoscopes ETD3 PLUS APA.

Cette action complète une mise à jour du parc mentionnée dans un courrier diffusé le [15/02/2006](#) suite à des incidents de contamination de l'eau de rinçage.

Les établissements de santé concernés par cette information, en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#) à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

**Code nomenclature : 48602**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.materiovigilance.org>