



26 mars 2007

## **Retrait d'un lot de BD Visitec Irrigating Cystotome de la société Becton Dickinson**

La société Becton Dickinson a retiré du marché le 22 mars 2007, le lot 6181868 du dispositif médical dénommé BD Visitec Irrigating Cystotome, référence 581618 suite à une erreur d'étiquetage au niveau de la boîte, relevée au cours d'une réclamation.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message [ci-joint](#) validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant, aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées ont été informées de cette mesure par le fabricant.

### **Code nomenclature :**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.materiovigilance.org>